

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH · Im Maisel 14 · D-65232 Taunusstein

**Erkol Fill GmbH**  
Landwehrstr. 55 - 65  
42699 Solingen

Daniela Novo dos Santos  
Tel. +49 6128 744-555  
[daniela.novodossantos@sgs.com](mailto:daniela.novodossantos@sgs.com)

Sebastian Vogel  
Tel. +49 6128 744-316  
[sebastian.vogel@sgs.com](mailto:sebastian.vogel@sgs.com)

Health & Nutrition  
Cosmetics & Hygiene – BioServices

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  
Im Maisel 14  
65232 Taunusstein

Taunusstein, 20.05.2022

## Zertifikat 5998119-V2

### Zur bakteriziden, levuroziden und fungiziden Wirksamkeit von YuSil Handsept Händedesinfektion + Fläche


Nach den durchgeführten Prüfungen des Produktes **YuSil Handsept Händedesinfektion + Fläche** durch das Prüflabor SGS Institut Fresenius können nachfolgende Beurteilungen basierend auf den vorliegenden Prüfberichten vom 19.01.2022 (Prüfbericht 5998119-01-V2) Quantitativer Suspensionstest zur Prüfung der bakteriziden Wirksamkeit nach DIN EN 1276, vom 03.02.2022 (Prüfbericht 5998119-02-V1) Quantitativer Suspensionstest zur Prüfung der levuroziden und fungiziden Wirksamkeit nach DIN EN 1650 und vom 09.03.2022 (Prüfberichte 5998119-03-V1 und 5998119-04-V1) Prüfung der bakteriziden/levuroziden und fungiziden Wirksamkeit im praxisnahen Oberflächenversuch nach der DIN EN 13697 gegeben werden.

Zusammenfassende Darstellung der bestandenen Prüfungen und Bedingungen:

Norm	Wirkung	Einwirkzeit	Belastung	Berichtsnummer
DIN EN 1276	bakterizid	120 s	hoch	5998119-01-V2
DIN EN 1650	levurozid	5 min	niedrig	5998119-02-V1
DIN EN 1650	fungizid	5 min	niedrig	5998119-02-V1
DIN EN 13697	bakterizid	15 min	niedrig	5998119-03-V1
DIN EN 13697	levurozid	15 min	niedrig	5998119-04-V1
DIN EN 13697	fungizid	15 min	niedrig	5998119-04-V1

### SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

  
i.V. Sebastian Vogel  
Group Leader BioServices

  
i. V. Daniela Novo dos Santos  
Customer Service Consultant